

Az otthoni lélegeztetés elbírálásának lépései

- Kezdeményezési fázis
- Indikáció (respirációs és neurológiai) alátámasztásának fázisa
- Bizottsági döntés fázisa
- Szervezési feltételek
- Jogi feltételek

Kezdeményezési fázis

- a megfelelő indikáció fennáll-e
- a beteg beleegyezik-e a kezelésbe
- a beteg hozzátartozója beleegyezik-e a kezelésbe, vállalja-e az abban való részvételt és az ehhez szükséges előképzést
- a beteg csaláadorvosa megfelelőnek ítéli-e az otthoni szociális és családi körülményeket

Indikációk

- **Primeren légzőszervi indikációk**
 - Tartós lélegeztetést követően sikertelen a leszoktatás
 - COPD
- **Neurológiai betegségek:**
 - Chronicus, progresszív, a légzőizmok működését is érintő neuromuscularis betegségek
 - Chronicus, a légzőizmok beidegzését tartósan és/vagy progresszív módon érintő peripheriás idegkárosodások
 - A gerincvelő és/vagy az alsó agytörzs motoneuronjainak functioját érintő chronicus és/vagy progresszív betegségek

Indikáció alátámasztásának fázisa

- Az **indikációk alátámasztására** minden esetben el kell végezni a szakma szabályainak megfelelő
 - képalkotó,
 - elektrophysiológiai,
 - izombiopsiás és
 - laboratóriumi vizsgálatokat.
- A **vizsgálatok eredményeinek dokumentációja és a kórlefolyás részletes leírása** alapján kezdeményezhető az otthoni lélegeztetés véleményezése.

Az elbíráláshoz szükséges dokumentumok

- **Szakmai szempontok dokumentálása** (az alapbetegsége, illetve a gyermek aktuális légzésfunkciójára vonatkozó dokumentáció)
- **A szülők-hozzá tartozók nyilatkozata** arról, hogy hajlandóak részt venni az otthonlélegeztetésben és részletes felvilágosítást kaptak a teendőikről, valamint a szövődmények ellátásának lehetőségeiről.
- **A háziorvos és/vagy a lakóhely szerint illetékes ANTSZ nyilatkozata** szükséges az otthoni szociális (vízellátás, áramellátás, stb.) viszonyokról, valamint a mentőszolgálat elérhetőségéről.

Az elmúlt 3 év

- Az elmúlt 3 évben 10 kérvényről van tudomásom
 - Dystrophia musculorum progressiva: 2
 - HSMN: 1
 - ALS: 4
 - Werdnig-Hoffmann: 2
 - Posztreszuszcitáció: 1

Quality control of equipment in home mechanical ventilation: a European survey

R. Ferré¹, S.J. Lloyd-Owen², N. Ambrosino³, G. Donaldson⁴, J. Escarabill⁵,
B. Faureux⁶, D. Robert⁷, B. Schoenhofen⁸, A. Simonds^{9,10} and J.A. Wedrich¹¹

- Ausztria: 4
- Belgium: 17
- Dánia: 2
- Finnország: 16
- Franciaország: 58
- Németország: 22
- Görögország: 5
- Írország: 14
- Olaszország: 44
- Hollandia: 9
- Norvégia: 17
- Lengyelország: 15
- Portugália: 20
- Spanyolország: 15
- Svédország: 17
- UK: 46

- **A betegek megoszlása:**
 - Tüdő- és légúti indikáció: 34,4%
 - Mellkasi abnormalitás: 31,2%
 - Neuromuscularis: 34,4%
- **Centrumonként**
átlagosan 21 beteget
kezelnek/gondoznak

Magyarországra 4 centrumot terveztünk....

Magyarországon „csak néhány dolog” hiányzik

- Nincsenek centrumok
- Nincs elfogadott ügymenet (egyedi finanszírozás, ápolási tevékenységként)
- Nincs jogi háttér

H.S. medplan kft adatai

ViaSys	T-Bird	2
Pulmonetic	LTV 1000	3
Breas	PV 501	2
Breas	PV 401-403	7
Newport	HT 50	12

Budapest, Pécs, Székesfehérvár, Lázi, Tárnok, Szolnok,
Debrecen, Miskolc, Békéscsaba